

KESLING

- [GANTI OPSI HASIL](#)

GANTI OPSI HASIL

PARAMETER : Air Minum PMK No 2 Tahun 2023											
No	N	S	No Surat	No Sampel	Kode Lab	Nama Pasien	Catatan HL	Sampel	Format	Nama	No S
1	25	KL	2/LAP.AM/X/25	-/2/B0026/259/AN	259/AMKL/S/X/25	An. AIR MINUM RUMAH IBU SANTI		AIR MINUM			-/2/B00

Verifikasi Akhir dr. RYAN B. RISTANDI, Sp. PK., MMRS <input checked="" type="checkbox"/> Dengan Kop <input type="button" value="Cetak"/>									
	Urutan	NO	Kode Px	Nama Px	Metode	Hasil	Satuan	Nilai Normal	
11	11		KL01340201	FISIKA					
12	12		KL0134020101	7. Bau	Organoleptik		-	Tidak berbau	
13	13		KL0134020102	8. Warna	SNI 06-6989.24-2005		TU	10	
14	14		KL0134020103	9. Zar Padat Terlarut/TDS	SNI 6989.27:2005		mg/L	< 300	
15	15		KL0134020105	10. Kekeruhan *	SNI 06-6989.25-2005		NTU	< 3	
16	16		KL0134020106	11. Suhu Laboratorium *	SNI 06-6989.23-2005		°C	Suhu udara +/- 3	
17	17		KL01340202	KIMIA					
18	18		KL0134020201	12. Besi Terlarut *	SNI 6989.4:2009		mg/L	0.2	
19	19		KL0134020202	13. Mangan Terlarut *	SNI 6989.5:2009		mg/L	0.1	
20	20		KL0134020203	14. pH Laboratorium	SNI 6989.11-2019		-	(-)	
21	21		KL0134020204	15. Aluminium terlarut	Spektrofotometri		mg/L	0.2	
22	22		KL0134020205	16. Timbal terlarut	SNI 06-6989.8-2004		mg/L	0.01	
23	23		KL0134020206	17. Klor Bebas	Kolorimetri		mg/L	0,2 - 0,5 dengan waktu kontak 30 menit	

1. Pilih Kode Terkait yang ingin diganti Opsi Hasilnya
2. Double Klik Kodepx yang ingin diganti opsi hasilnya

	Terlarut *
KL0134020202	13. Mangan Terlarut *
KL0134020203	14. pH Laboratorium

Masuk ke menu Master - Parameter - KL Opsi Hasil

Pasien

Dokter

Rekanan

Instrumen >

Parameter >

Inventory >

User >

Setting Umum

Paket Pemeriksaan >

Hari Libur Nasional

Mikrobiologi >

Daftar Validator

Nilai Kritis

▼ | **Tambah** | **Hapus** | **Excel**

Spel	Kode Px	Nama Px	NI
------	---------	---------	----

- Kode Parameter
- Tarif Pemeriksaan
- Nilai Normal
- Grup Parameter
- Parameter Aktif
- Nilai Baku
- Nilai Normal 2
- KL-Baku Hasil**
- MO - Baku Metode
- MO - Baku Hasil
- MO - Baku Normal
- MO - Unit Normal

Masukkan kodenya :

Filter								
KL0134020202		Kode Px ▾	Tambah		Hapus		Excel	
	ID ▲	Tipe Sampel	Kode Px	Nama Px	Nilai Baku	urutan		
1	<input type="checkbox"/>	23121020	ALL	KL0134020202	Mangan	< LoD (0.003)	1	

Isikan kolom Nilai Baku

(jangan lupa DIAKHIRI ENTER)